

Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról

Készült: az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben, (1221 Budapest, Anna u. 5. szám alatt), az „Automatizált lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer 2011. évi beszerzése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás keretében, 2012. január 18-án 14.00 órától megtartott helyszíni bejáráson

Ajánlatkérő: Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet

Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint

Fülöp Nándor: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet ajánlatkérő által az „Automatizált lumineszcencián alapuló dozimetriai rendszer 2011. évi beszerzése” tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során meghirdetett helyszíni bejárásra kerül most sor. Az ajánlatkérő honlapján megtalálható a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, az ajánlat összeállításakor ezt kell irányadónak tekinteni.

Dr. Márton Zsuzsanna: Megkéri a jelenlévőket, hogy a jelenléti íveket írják alá. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amit 5 napon belül mindenkinek megküldenek, illetve a honlapra is felhelyezik. Kéri, hogy aki még nem küldte vissza a részvételi lapját, a jelenléti íven tüntesse fel fax – elérhetőségét, hogy a jegyzőkönyvet nekik is el tudják küldeni. Elmondja a mai alkalommal a dozimetriai rendszer elhelyezésére szolgáló helyiségek kerülnek bemutatásra, amelynek során kérdéseket tehetnek fel. Arra kéri azonban a jelenlévőket, hogy az eljárás dokumentációjával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseiket – amennyiben vannak ilyenek - az ajánlati dokumentációban megjelölt címre megküldve tegyék fel írásban, erre a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján van lehetőségük, a feltett kérdésekre írásban választ kapnak.

A megjelentek aláírják a jelenléti ívet.

Ezt követően Fülöp Nándor vezetésével sor kerül a dozimetriai rendszer elhelyezésére szolgáló épületrész – B épület 1. emelet – megtekintésére.

Fülöp Nándor a B épülethez érkezve az épület megközelíthetőségével kapcsolatba elmondja, hogy a fenti a kapun is be lehet jönni, a rendszer leszállításakor és üzembe helyezésekor nem kell feltétlenül az intézet területén átkelni, ezen a kapun át egyszerűbben be lehet hozni az egyes részeket.

A B épület ajtajánál Fülöp Nándor elmondja, hogy az új rendszert az 1. emeleten kívánják elhelyezni, lift nincs az épületben.

Ezt követően a jelenlévők körüljárják az 1. emeletet, megtekintik az egyes helyiségeket.

Fülöp Nándor itt elmondja, hogy az 1. emelet alaprajzát az ajánlati dokumentációban megtalálják. Majd megmutatja azt a helyiséget, amelyben elsődlegesen kívánják a berendezést elhelyezni, elmondja, hogy ezt az alaprajzon is megjelölték. Természetesen szükség esetén nem zárják ki az elsődlegesnek megjelölt helyiségtől a lépcsőház felé eső további helyiségek igénybevételét sem. Felhívja a figyelmet arra, hogy a többi – az alaprajzon külön jelzéssel meg nem jelölt–helyiségekben végzik most a film-dozimetriai méréseket, tehát ezek a helyiségek munkaidőben folyamatos használatban vannak, amit az üzembe helyezés során is biztosítani kell. Megkérdezi, hogy a látottakkal és elmondottakkal kapcsolatban van –e valakinek kérdése?

A jelenlévők a következő kérdéseket teszik fel, és azokra az alábbi válaszokat kapják.

1. kérdés: Milyen időbeli átfedéssel tervezik a két rendszer – a jelenleg használt és a beszerezni kívánt rendszer - üzemeltetését?

Válasz (Fülöp Nándor): A film-dozimetriai mérés megszűnik év végén, tehát pár hónapos átfedéssel számolunk.

2. kérdés: A helyiségekben most található berendezéseket kipakolják-e, kiüritik-e a helyiségeket?

Válasz (Fülöp Nándor): Igen, az új dozimetriai berendezés üzembe helyezéséig kiüritjük a szükséges helyiségeket, ez az ajánlatkérő feladata természetesen.

3. kérdés: Az általunk ajánlani kívánt berendezés nitrogén-generátora, kicsit zajos. A szomszédos helyiségben elhelyezhető lenne-e?

Válasz (Fülöp Nándor): Igen, akár a második (a mellette kettővel lévő) helyiség is használható erre a célra.

4. kérdés: A doziméterek is itt kerülnének –e tárolásra.

Válasz (Fülöp Nándor): Igen.

5. kérdés: A szünetmentes áramellátás megoldott?

Válasz (Fülöp Nándor): Nem. Az ajánlattevő feladata ennek megoldása.

6. kérdés: Van-e járulékos háttérsugárzás?

Válasz (Fülöp Nándor): Nincsen, a háttérsugárzás átlagos mértékű.

7. kérdés: Az ajánlati dokumentáció szerint 6 fő munkavállaló dolgozna a rendszerrel. Nekik is ezekben a helyiségekben kell elhelyezést biztosítani? Dolgoznak-e mások is az épületben, valamint milyen egyéb elektromos berendezések működnek, amelyek a hálózati tápellátáson keresztül elektromos zajokat termelhetnek, vagy van-e bármilyen olyan ok, amely miatt szükséges lehetne az új rendszer egyes berendezéseinek elektromos árnyékolására.

Válasz (Fülöp Nándor): Ez az ajánlattól függ. Az az elképzelésünk, hogy az ajánlati dokumentációban megadott alaprajzon megjelölt helyiségeket mindenképpen az új rendszer berendezései számára kívánjuk biztosítani. Amennyiben ezen berendezések valamelyikének működtetése megkívánja, hogy más berendezés ne kerüljön ugyanabba a helyiségbe, vagy ugyanarra az elektromos hálózati szakaszra, akkor ezt biztosítjuk. Továbbá biztosítható az is, hogy az új rendszer számára biztosított helyiségekben csak az új rendszer berendezéseinek működtetési időtartamában történjen munkavégzés, a Szolgálat egyéb tevékenységének végrehajtásához ne kelljen ezeket a helyiségeket igénybe venni. Egyébként az épületben csak a Szolgálat munkatársai dolgoznak, és csak a Szolgálat által működtetett jelenlegi filmmodozimetriai rendszer berendezései és informatikai eszközei működnek. Az épületben három fontosabb elektromos zajforrás működik: az I. emeleten a félautomata előhívó kiemelő motorja, illetve a filmsorszámozásra használt sorszámzó gép villanymotorja, valamint a földszinti raktárhelyiségben a film és vegyszertárolásra használt hűtőgép villanymotorja, amelyek mindegyike szakaszos üzemű..

8. kérdés: Ha informatikai táv-felügyeletre lenne szükség, a számítógépes rendszerhez való csatlakozás lehetősége megoldható-e?

Válasz (Polinák Péter): Az ajánlatkérő számítógépes hálózatát tűzfal védi, ami az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Informatikai Osztályával való előzetes megbeszélést követően ebből a célból feloldható, az informatikai távfelügyelet lehetősége biztosítható.

9. kérdés: A helyiségek a berendezés üzembe helyezése előtt ki lesznek-e festve?

Válasz (Fülöp Nándor): Igen, a festést áprilisig tervezzük kivitelezni.

10. kérdés: Az elsődlegesen igénybe vehető helyiség konnektorai azonos fázison vannak-e?

Válasz (Fülöp Nándor): Igen.


Ezt követően Fülöp Nándor megkérdezi, hogy van-e valakinek még kérdése.

Egyéb kérdés nem hangzott el.

Dr. Márton Zsuzsanna ismét tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvet mindenkinek öt napon belül megküldik, illetve az ajánlati felhívásban megjelölt honlapra is felteszik.


Fülöp Nándor megköszöni a helyszíni bejárásról való részvételt, és elköszön a jelenlévőktől.

A helyszíni bejárás alkalmával más nem hangzott el. A jegyzőkönyv lezárva: 14 óra 36 perckor.




Polinák Péter
bírálbizottság tagja
ajánlatkérő képviseletében

K.m.f.



Fülöp Nándor
bírálbizottság tagja
ajánlatkérő képviseletében

A jegyzőkönyvet rögzítette:



dr. Márton Zsuzsanna
bírálbizottság tagja
ajánlatkérő képviseletében

